

広告用

承認番号 No. 21-0085
有効期限 2023年8月17日
No. OS-20-070845

試験報告書

依頼者 Globic Japan 株式会社 殿

品名 マスク 1点

試験項目 バクテリア飛沫捕集(ろ過)効率(BFE)

2021年3月19日付けで当所に提出された試料の
試験結果は、下記のとおりです。

2021年5月18日

カケン
〒332-0016 埼玉県川口市幸町1丁目7番22号
一般財団法人 **カケンテストセンター**
東京事業所 バイオラボ
Tel(048)-258-3277 Fax (048)-283-9012



記

試験結果

No.	試料	バクテリア飛沫捕集(ろ過)効率(%)			
		No.1	No.2	No.3	平均
①	不織布マスク「D.masque」	99.5	99.1	99.8	99.5

試験方法

バクテリア飛沫捕集(ろ過)効率(BFE)試験: ASTM F2101

供試菌: ATCC 6538

試料

①

KAKEN KAKEN



以上